PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktbroschüre

05.09.2026

SAUTER CO 2000-Y2

Miniatur-Knopfmesszelle aus rostfreiem Edelstahl


DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



ANWENDUNGSBEISPIEL





MERKMALE

- Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,5% F.S.)
- Anwendungsgebiet: Zug- und Druckanwendungen, Gewichts- und Kraftmessungen
- Geeignet für Gewichts- und Kraftmessung und Kraftprüfstände

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Forschung und Entwicklung
- Maschinenbau und Prüftechnik
- Automotive und Zuliefererindustrie
- Medizintechnik und Biomechanik
- Kalibriertechnik und Prüfmittelbau

PIKTOGRAMME

Standard



Option



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]	Messbereich [Max]
CO 10-Y2	10 kg	100 N

Modell	Wägebereich [Max]	Messbereich [Max]
CO 20-Y2	20 kg	200 N
CO 50-Y2	50 kg	500 N
CO 100-Y2	100 kg	1 kN
CO 200-Y2	200 kg	2 kN
CO 500-Y2	500 kg	5 kN
CO 1000-Y2	1000 kg	10 kN
CO 2000-Y2	2000 kg	20 kN

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
AFM 13	Adapter AFM 13 (Gewindebohrung M12 | Außengewinde M6)
AFM 15	Adapter AFM 15 (Gewindebohrung M12 | Gewindebohrung M6)
FS 405	Stecker für FS Messzelle montiert & justiert bis 20 kN FS 405
FS TKZ	Transportkoffer FS TKZ

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
961-164	Werkskalibrierschein 961-164 (Kraftrichtung Zug | 5 kN – 20 kN | Einheit Messergebnis N | Kalibrierverfahren KERN)
961-164V	Werkskalibrierschein 961-164V (Zug | mV/V)
961-264	Werkskalibrierschein 961-264 (Kraftrichtung Druck | 5 kN – 20 kN | Einheit Messergebnis N | Kalibrierverfahren KERN)
961-364	Werkskalibrierschein 961-364 (Kraftrichtung Zug, Druck | 5 kN – 20 kN | Einheit Messergebnis N | Kalibrierverfahren KERN)
961-364V	Werkskalibrierschein 961-364V (Zug, Druck | mV/V)
963-164	DAkkS-Kalibrierschein 963-164 (Kraftrichtung Zug | 5 kN – 20 kN | Einheit Messergebnis N | Kalibrierverfahren DKD-R 3-3 - Ablauf A)
963-264	DAkkS-Kalibrierschein 963-264 (Kraftrichtung Druck | 5 kN – 20 kN | Einheit Messergebnis N | Kalibrierverfahren DKD-R 3-3 - Ablauf A)
963-364	DAkkS-Kalibrierschein 963-364 (Kraftrichtung Zug, Druck | 5 kN – 20 kN | Einheit Messergebnis N | Kalibrierverfahren DKD-R 3-3 - Ablauf A)
965-414	Zusammenbau Komponenten 965-414 (> 1500 kg - 2900 kg)
970-015	Garantieverlängerung (+3 Jahre) 970-015

KERN Piktogramm-Übersicht

IP 65	Staub- und Spritzwasserschutz IP65
1 DAY	Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag
	Werkskalibrierung (ISO): Die Dauer der Werkskalibrierung beträgt 4 Arbeitstage
DAkkS	Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage